

## Tillegg 15: Endringer, spørsmål og svar til konkurransen

---

**Evt. Endringer i konkurransegrunnlagets dokumenter som følge av endringer/spørsmål vil markert med rød skrift i de reviderte dokumentene.**

| Ref. | Endring                                     | Beskrivelse  | Gyldig fra |
|------|---|--|------------|
| 15.1 | Endring. Ny versjon av Vedlegg B Prisskjema | Korrigerings etter Tillegg 15: Endringer, spørsmål og svar til konkurransen (tidligere endringer fremgår ikke av listen under).<br><br>Ny versjon av Vedlegg B Prisskjema.<br><br>Den nye versjonen heter «Vedlegg B Prisskjema V6».<br>Det er alltid siste versjon av vedlegget som skal benyttes ved tilbudsinnivelse. | 01.02.2017 |

| Ref. | Spørsmål/endringer   | Evt. henvisning til kravspesifikasjonen |   | Dato besvart/endret |
|------|--|---|---|---------------------|
| 15.2 | Dersom man ønsker å levere tilbud med mer enn 4 reservekapasiteter, hvordan gjøres dette? Prisskjemaet gir kun anledning til å registrere 4 individer.   |   | Spørsmålet har medført behov for å endre prisskjemaet. Det er nå mulig å tilby inntil 8 reservefly. | 01.02.2017          |
| 15.3 | Spørsmål vedrørende Kategori 2 pkt 2.7.17:<br>"There shall be minimum 2 medical air outlets at each stretcher"<br>Dette vil ta mye plass i flyet og vi stiller spørsmål ved om det er nødvendig med to uttak pr bære med tanke på ny design, sertifisering og økt kostnad.<br><br>Kan Kategori 1 kravet med et uttak brukes i på Kategori 2 også?                        | 2.7.17                                  | Oppdragsgiver endrer ikke krav 2.7.17   | 01.02.2017          |
| 15.4 | Spørsmål vedrørende Kategori 2 pkt 2.7.11:<br>"There shall be a minimum 3 AGA (type SS8752430) Oxygen outlets at each stretcher"<br><br>Dette vil ta mye plass i flyet og vi stiller spørsmål ved om det er nødvendig med tre uttak pr bære med tanke på ny design, sertifisering og økt kostnad.<br><br>Kan Kategori 1 kravet med to uttak brukes i på Kategori 2 også? | 2.7.11                                  | Oppdragsgiver endrer ikke krav 2.7.11   | 01.02.2017          |
| 15.5 | Spørsmål til pkt 2.4.2 Kategori 2:<br>"The weight of the medical interior shall be stated"<br><br>I Kategori 2 har vekten på interiøret mindre betydning enn i Kategori 1.<br>Kan dokumentasjonskravet fjernes for Kategori 2?   | 2.4.2                                   | Oppdragsgiver endrer ikke krav 2.4.2  | 01.02.2017          |