

Tillegg 2: Endringer, spørsmål og svar til konkurransen

Evt. endringer i konkurransegrunnlagets innhold vil markeres med rød skrift i de reviderte dokumentene.

Ref.	Spørsmål fra Tilbydere	Svar/endringer	Dato besvart/endret
2.1	3.3.9. Seating solutions I The medical seat(s) shall be possible to slide fore and aft and rotate. Spørsmål: Gjelder dette alle seter? Spørsmål: Er alle seter i kabinen medical seats?	Krav til medical seat(s) gjelder for minimum et sete i kabinen bak og skal inngå i totalt antall seter, ref. krav i Vedlegg A – Kravspesifikasjon punkt 3.3.3 og 3.3.4. Kravet begrenser ikke Tilbyder til å levere flere slike seter om det er hensiktsmessig, såfremt antall seter samsvarer med antall oppgitt i 3.3.3 og 3.3.4.	15. jan 2016
2.2	4.1.4.1. Underhengende operasjoner Tilbyderen skal ha prosedyrer for underhengende operasjoner med taulengde: Alt.1 og Alt. 2 helikoptre: mellom 10 og 60 meter Alt.3 helikoptre: mellom 20 og 60 meter Spørsmål: Betyr dette at tilbyder må levere fra minste til maksimale lengde, eller innenfor disse to?	Tilbyder skal levere fra minste taulengde til maksimal taulengde for de ulike alternative helikoptre. Taulengde må ikke nødvendigvis kunne justeres meter for meter, men kunne deles opp med 10-20 meters taulengder.	15. jan 2016
2.3	4.3.1. Oppbevaring og tilgang Helikopter og base skal innen oppstart være oppsatt med nødvendig redningsteknisk utstyr for å kunne løse angitte redningstekniske prosedyrer. Utstyr skal være tilgjengelig slik at det også kan benyttes ved utrykning med legebil. Tilbyderen skal beskrive hva som skal være om bord i luftfartøyet til enhver tid og hva som er på base. Oppsettet og fordelingen av utstyr skal sikre en redningsteknisk beredskap også når helikopteret ikke befinner seg på hjemmebase. Utstyr for enkle underhengende operasjoner skal til enhver tid følge helikopteret. Spørsmål: Skal helikopteret til enhver tid ha alle kapasiteter for alle typer redning? Må sees i sammenheng med 4.3.6 Redningsteknisk lager nedenfor:	Nei, helikopteret trenger ikke til enhver tid medbringe redningsteknisk utstyr for alle typer redning knyttet til innhold på redningsteknisk lager.	15. jan 2016

	4.3.6. Redningsteknisk lager Tilbyder skal etablere et lager for redningstekniske enheter på basen. Enhetene skal enkelt kunne medbringes ved behov. Lageret skal inneholde: • Enhet for bakkeredning/bratt lende • Enhet for vann og overflateredning • Enhet for redning i snøskred • Pulk / redningsbåre • Elektronisk skredantenne som festes eksternt til helikopteret og signaler kan høres på intercom. • Lettbårer og tepper/isolasjonsduk for masseskadesituasjoner til minst 6 personer.		
2.4	4.4.1. Utstyrsoppsett Innholdet i enhetene skal beskrives og skal minimum inneholde: Enhet for bakkeredning / redning i bratt lende: Egnet skallbekledning, egnet hodeplagg, egnede hansker og votter, klatresekk, nedfiringsbrem med låsefunksjon egnet til nedfiring (rappel) , utstyr for å lage tautaljer og for klatring på faste tau. Klatresko, stegjern, isøks, hodelykt (minimum 2500 lumen), heldress eller jakke og bukse og sko for bruk ved sterk kulde. Det skal være to sett av beskrevet redningsteknisk utstyr (som beskrevet ovenfor, unntatt bekledning) til redningsmann og lege, bekostet av Tilbyder. Enhet for vann- og overflateredning: Pick up-drakt, hansker og hette, strobe-light, maske, egnet vest for bruk til redning i vann og overflate, kniv og saks, heis-sele, egnet hjelm, ryggskinne, svømmefinner, egnet vanntett belysning, egnet undertøy og egen vanntett bag for lagring av vått utstyr. Enhet for redning i snøskred: Spade, søkestang, elektronisk skredsøker/sender, merkeutstyr for skred og Recco søkeradar. Spørsmål: Kan dette legges inn som personlig utstyr til den enkelte?	Ja, det kan legges inn som personlig utstyr for den enkelte som en del av utstyret.	15. jan 2016